



**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 26/01/2026  
**Primeiro Nome:** JHONATHAN WILLIAN A  
**Sobrenome:** DA SILVA FREITAS  
**Altura (cm):** 160.0  
**Peso (kg):** 89.0

**Data de nascimento:** 16/09/1992  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Não

**Capacidade Vital Forçada**

— BEST #1 - 26/01/2026 09:36



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.02	0.96	23.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.02	0.96	23.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.56	4.04	47.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.39	3.25	74.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.31	4.04	55.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.69	3.56	75.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	2.13	107.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	513.3	242.1	47.2

**Diagnóstico:**

Espirometria normal